

別表（第2条関係）

妊娠を希望する女性等を対象とする風しんの感染予防に十分な抗体を持っていないとされる抗体価の基準

測定キット名（製造販売元）	検査方法	抗体価（単位等）
風疹ウイルスH I 試薬「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法 （H I 法）	1.6 倍以下（希釈倍率）
R－H I 「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法 （H I 法）	1.6 倍以下（希釈倍率）
ウイルス抗体E I A 「生研」ルベラ IgG （デンカ生研株式会社）	酵素免疫法 （E I A 法）	8.0 未満（E I A 価）
エンザイグノストB 風疹/ IgG （シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）	酵素免疫法 （E I A 法）	3.0 未満 （国際単位（I U）/ ml）
バイダスアッセイキットRUB IgG （シスメックス・バイオメリュー株式会社）	蛍光酵素免疫法 （E L F A 法）	4.5 未満 （国際単位（I U）/ ml）
ランピアラテックスRUBELLA （極東製薬工業株式会社）	ラテックス免役比濁法 （L T I 法）	3.0 未満 （国際単位（I U）/ ml）
アクセスルベラ IgG （ベックマン・コールター株式会社）	化学発光酵素免疫法 （C L E I A 法）	4.5 未満 （国際単位（I U）/ ml）
i－アッセイC L 風疹 IgG （株式会社保健科学西日本）	化学発光酵素免疫法 （C L E I A 法）	1.4 未満（抗体価）
BioPlex MMRV IgG （バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （F I A 法）	3.0 未満 （抗体価A I）
BioPlex ToRC IgG （バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （F I A 法）	3.0 未満 （国際単位（I U）/ml）